

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Quesito n.1:

Nell'offerta tecnica, relativamente all'elenco degli anticorpi, viene indicata sia la quantità di liquido, e.g. 1ml sia il numero di test da garantire e.g. 100. Fermo restando che la concentrazione anticorpale varia da prodotto a prodotto, viene richiesto di garantire il numero di test indicati od il volume?

Risposta:

Per ogni anticorpo va garantito almeno il numero dei Test da eseguire.

Quesito n.2:

L'elenco di anticorpi indicato nell'offerta tecnica/economica è da considerarsi un lotto unico ed indivisibile?

Risposta:

Si deve considerare un lotto unico.

Quesito n.3:

Nel caso in cui un clone di un determinato anticorpo non sia fornibile è possibile offrire un clone alternativo?

Risposta:

Nell'elenco degli anticorpi proposti con il bando, sono stati inseriti tutti quelli in uso presso il nostro laboratorio, ivi compresi quelli prodotti o commercializzati "in esclusiva" da una sola ditta. La valutazione dell'offerta sarà di tipo quali - quantitativo, rispetto alla capacità delle Ditte di soddisfare le richieste operative del laboratorio, come espresse nel bando. In tal senso, si precisa che l'impossibilità di offrire un anticorpo non costituisce motivo di esclusione dalla gara e che, entro certi limiti (orientativamente il 30%), è possibile offrire cloni alternativi in caso di indisponibilità del clone richiesto.

Quesito n.4:

Allegato 03 – Capitolato tecnico, Art.3 Requisiti minimi del sistema offerto, punto 1)1. “.....per l’esecuzione simultanea di indagini di immunoistochimica, ISH e farmacodiagnostica.”

ISH può essere intesa indifferentemente come FISH, CISH o SISH?

Risposta:

La metodica ISH deve essere intesa indifferentemente come FISH, CISH o SISH.

Quesito n.5:

Allegato 03 – Capitolato tecnico, Art.3 Requisiti minimi del sistema offerto, punto 2)3. “ Sonde in fluorescenza da utilizzare sul sistema offerto.”

Tale richiesta si riferisce espressamente ad un unico strumento/sistema presente sul mercato. Si fa inoltre presente che tale richiesta è anche caratteristica tecnica soggetta a valutazione nel punto 1.03.11 nell’allegato 04 Schema di offerta tecnica “*grado di automazione delle sonde geniche in fluorescenza sul sistema*”.

Risposta:

Si contesta che la richiesta identifichi un unico strumento presente sul mercato.

Si precisa che esistono più strumenti che effettuano la metodica Fish in automazione. Inoltre, in occasione dell’ultimo congresso SIAPEC, si è presa visione del nuovo immunocoloratore “OMNIS” della ditta Dako, in grado di effettuare sia metodiche immunoistochimiche che FISH.

Il grado di automazione delle sonde geniche in fluorescenza è un dato richiesto come caratteristica aggiuntiva da valutare in quanto può variare in base alla strumentazione offerta e pertanto costituisce motivo di valutazione, non di esclusione dalla gara.

Quesito n.6:

Allegato 04 – Schema di offerta tecnica, punto 1.03.13: “ possibilità di riconoscimento automatico da parte del sistema di varie tipologie di etichette barcone e riconoscimento di etichette preparate manualmente (scritte a mano)”.

A nostra conoscenza non abbiamo evidenze dell’esistenza di un sistema/strumento in grado di riconoscere automaticamente etichette preparate manualmente.

Risposta:

Si conferma la presenza di tale caratteristica in alcuni strumenti, peraltro non considerata indispensabile. Infatti il punteggio attribuito è minimo.

Quesito n.7:

ELENCO ANTICORPI, punti 89 e 90” P-16 (V-kit) e p16-ki67 (CINtech Plus)”

Si riferiscono espressamente a prodotti che possono essere forniti da un'unica azienda presente sul mercato

Risposta:

Nell'elenco degli anticorpi proposti con il bando, sono stati inseriti tutti quelli in uso presso il nostro laboratorio, ivi compresi quelli prodotti o commercializzati “in esclusiva” da una sola ditta. La valutazione dell'offerta sarà di tipo quali - quantitativo, rispetto alla capacità delle Ditte di soddisfare le richieste operative del laboratorio, come espresse nel bando. In tal senso, si precisa che l'impossibilità di offrire un anticorpo non costituisce motivo di esclusione dalla gara e che, entro certi limiti (orientativamente il 30%), è possibile offrire cloni alternativi in caso di indisponibilità del clone richiesto.

Quesito n.8:

ELENCO ANTICORPI

Si richiede se è possibile offrire cloni equivalenti a quelli richiesti e confezionamenti diversi da quelli richiesti che soddisfino i quantitativi di test necessari al servizio.

Risposta:

Nell'elenco degli anticorpi proposti con il bando, sono stati inseriti tutti quelli in uso presso il nostro laboratorio, ivi compresi quelli prodotti o commercializzati “in esclusiva” da una sola ditta. La valutazione dell'offerta sarà di tipo quali - quantitativo, rispetto alla capacità delle Ditte di soddisfare le richieste operative del laboratorio, come espresse nel bando. In tal senso, si precisa che l'impossibilità di offrire un anticorpo non costituisce motivo di esclusione dalla gara e che, entro certi limiti (orientativamente il 30%), è possibile offrire cloni alternativi in caso di indisponibilità del clone richiesto.

Quesito n.9:

All'art.3 Requisiti minimi del sistema offerto, punto 2) Reagenti, materiali accessori e di consumo necessari all'esecuzione completa del Test è richiesto al riferimento 3 il seguente requisito: "*Sonde in Fluorescenza da utilizzare sul sistema offerto*". Tale caratteristica, se considerata indispensabile, limita la possibilità di offrire sistemi con metodiche equivalenti e di comprovata qualità rispetto alla metodica FISH, quali per es. CISH e SISH. Si richiede di poter accettare offerte di strumenti tecnicamente in grado di eseguire FISH, ma che utilizzano metodiche certificate in campo chiaro.

Risposta:

Si possono offrire anche sistemi con metodiche equivalenti FISH, CISH e SISH.

Quesito n.10:

Il lotto è unico? Nel service bisogna prevedere la fornitura di tutto il reagentario indicato? Ci si riferisce in particolare modo alla lista degli anticorpi.

Risposta:

Nell'elenco degli anticorpi proposti con il bando, sono stati inseriti tutti quelli in uso presso il nostro laboratorio, ivi compresi quelli prodotti o commercializzati "in esclusiva" da una sola ditta. La valutazione dell'offerta sarà di tipo quali - quantitativo, rispetto alla capacità delle Ditte di soddisfare le richieste operative del Laboratorio, come espresse nel bando. In tal senso, si precisa che l'impossibilità di offrire un anticorpo non costituisce motivo di esclusione dalla gara e che, entro certi limiti (orientativamente il 30%), è possibile offrire cloni alternativi in caso di indisponibilità del clone richiesto.

Quesito n.11:

Gli anticorpi servono concentrati o diluiti?

Risposta:

Gli anticorpi possono essere sia concentrati che diluiti. Importante è garantire il numero dei Test.

Quesito n.12:

Il clone, ove indicato, è tassativo? Eventuali cloni diversi vengono accettati?

Risposta:

Nell'elenco degli anticorpi proposti con il bando, sono stati inseriti tutti quelli in uso presso il nostro laboratorio, ivi compresi quelli prodotti o commercializzati "in esclusiva" da una sola ditta. La valutazione dell'offerta sarà di tipo quali - quantitativo, rispetto alla capacità delle Ditte di soddisfare le richieste operative del Laboratorio, come espresse nel bando. In tal senso, si precisa che l'impossibilità di offrire un anticorpo non costituisce motivo di esclusione dalla gara e che, entro certi limiti (orientativamente il 30%), è possibile offrire cloni alternativi in caso di indisponibilità del clone richiesto.

Quesito n.13:

Pag.3 Art.1

Prezzo base d'asta € 720.000,00 oltre IVA – E' un importo annuale o triennale ?

Risposta:

Il prezzo a base d'asta di € 720.000,00 oltre IVA **è importo triennale.**

Quesito n.14:

Pag.4 Art.5

Termine entro il quale va consultato il sito.

Risposta:

Si conferma che gli interessati sono invitati a consultare il sito fino alla data fissata per l'apertura dei plichi di offerta.

Quesito n.15:

Si chiede chiarimento in riferimento all'importo dell'appalto, poiché nel bando è indicato un importo pari a € 984.000,00 + IVA mentre nel disciplinare è indicato un importo pari a € 720.000,00 oltre IVA. Quale valore è da considerarsi corretto al fine di richiedere la cauzione provvisoria correttamente?

Risposta:

Il valore da considerare al fine di richiedere la cauzione provvisoria è quello di **€ 720.000,00=** oltre IVA, **che costituisce l'importo a base d'asta.**

Si precisa che l'importo di **€ 984.000,00=** oltre IVA **rappresenta il valore complessivo dell'appalto** così costituito: fornitura in service per 36 mesi = € 720.000,00 + eventuale incremento del 20% quale opzione ai sensi dell'art.27,co.3 del Capitolato d'onori generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato, di cui al D.M. 28 ottobre 1985 = € 120.000,00 + eventuale proroga di 6 mesi = € 144.000,00.

Quesito n.16:

I prezzi da riportare sul Vostro schema di offerta economica sono solo in cifre o anche in lettere?

Risposta:

I prezzi da riportare nello schema di offerta economica sono solo in cifre.

Quesito n.17:

Ogni scheda tecnica, scheda di sicurezza, certificazione CE va firmata singolarmente oppure è sufficiente raccoglierle, rilegarle e far firmare l'ultima pagina?

Risposta:

Le schede tecniche, le schede di sicurezza, le certificazioni CE possono essere raccolte, rilegate e fatte firmare sull'ultima pagina.

Quesito n.18:

Nell'istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva è riportata tra le cause di esclusione "l'omessa doppia sottoscrizione ai sensi dell'art.1341c.c. delle clausole di gara elencate nel modulo dichiarazione unico". In tale documento non si trova traccia di un richiamo all'art.1341 che invece è riportato e richiesto nell'allegato 06 2schema di contratto" la cui restituzione è richiesta nella busta offerte economica.

Si chiede se trattasi di un refuso di stampa, qualora non lo fosse chiarire in quale parte del documento amministrativo è richiesto.

Risposta:

Per l'istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva non è prevista *“la doppia sottoscrizione ai sensi dell’art.1341c.c. delle clausole di gara elencate nel modulo dichiarazione unico”*: trattasi di un refuso di stampa quanto riportato a pag. 6 del Disciplinare di gara, 1° cpv.

Quesito n.19:

Dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali: e' sufficiente restituire l'allegato 02 debitamente firmato?

Risposta:

E' sufficiente restituire l'allegato 02, debitamente firmato, inerente la dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali.