



---

**Deliberazione del Direttore Generale**

**n. 355 del registro**

---

**OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria su Ecoendoscopio mod. EPM 3500, s/n EA - 010704, marca Pentax in dotazione alla U.O. di Gastroenterologia dell'Istituto.**

---

L'anno **2010**, il giorno **DIECI** del mese di **AGOSTO** in Bari, nella sede dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", già Ospedale Oncologico

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

Visto il D.Lgs 30.12.1992 n.502 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D.Lgs 16.10.2003 n.288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.270 del 23.6.2005;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.1666 del 10.11.2006;

Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n. 7 del 26.11.2009;

Sulla base dell'istruttoria e su proposta dell' Area Gestione Tecnica

**HA ADOTTATO**

Il seguente provvedimento

Assiste con funzioni di Segretario la Dr.ssa Maria Carella.

**PREMESSO CHE:**

- è in dotazione all'U.O. di Gastroenterologia n. 1 Ecoendoscopio, marca Pentax, mod. EPM 3500, s/n EA - 010704;
- il Responsabile dell'Unità Operativa in parola, nel comunicare il malfunzionamento della apparecchiatura suddetta, ha chiesto di procedere ad un intervento urgente di manutenzione segnalando, altresì, la possibile rottura della sonda videoecoendoscopica;
- il Servizio Ingegneria Clinica Convenzionato, a seguito di intervento di primo livello, ha comunicato, con nota prot. SIC 1385/U del 26.05.2010, il malfunzionamento della sonda ecografica ed evidenziato la necessità di richiedere l'intervento tecnico della ditta esclusivista Pentax Italia s.r.l., per assicurare il ripristino della apparecchiatura;
- con nota prot. 6074 del 31.05.2010 questa Amministrazione ha invitato la ditta Pentax Italia s.r.l. ad effettuare perizia tecnica e, quindi, ad inviare apposito preventivo di spesa;

**Visto che**

- in data 10.06.2010 la medesima Pentax Italia s.r.l., a seguito di sopralluogo presso l'U.O. in oggetto, ha trasmesso Rapporto Tecnico n. LCS/MA/rdb – DR 13955 segnalando il danneggiamento della testina ecografica della sonda a corredo, mod. EG-3630UR s/n F110643;
- la Pentax Italia s.r.l., con la medesima nota del 10.06.2010, ha trasmesso offerta n. 13.955 per una spesa complessiva, inclusa la riparazione della sonda, pari ad € 39.481,28 oltre IVA;

**Preso atto che**

- con successive note prot. n. 1403/U del 28.06.2010 e n. 1405/U del 2.07.2010, il Servizio Ingegneria Clinica Convenzionato, nel confermare essere la Ditta Pentax Italia s.r.l., esclusivista ed unica titolare ad intervenire su tale apparecchiatura, ha espresso parere negativo, visti i costi, all'intervento di riparazione suggerendo l'acquisto di una

nuova sonda radiale dalle caratteristiche identiche a quella danneggiata così motivando: " la tipologia di apparecchiatura su cui tale sonda va collegata impedisce di utilizzare sonde di altre marche e la presenza sul mercato di altre sonde di marca identica ma con caratteristiche tecniche superiori, non necessarie all'attività di reparto e molto più costose";

- con nota prot. n. 8057 del 19.07.2010 si è proceduto a richiedere alla ditta Pentax Italia s.r.l., offerta per l'acquisto di una sonda nuova mod. EG- 3630UR per Ecoendoscopio mod. EPM 3500;
- con nota prot. n. LCS/MA/rdb del 21.07.2010 la medesima ditta Pentax Italia s.r.l., nel comunicare la incompatibilità delle sonde di ultima generazione con l'Ecoendoscopio Mod. EPM 3500 in dotazione all'U.O. di Gastroenterologia dell'Istituto, ha manifestato la propria disponibilità a praticare uno sconto del 20% sul preventivo di riparazione n. 13955 del 08.06.2010 per una spesa, quindi, pari ad € 31.585,00 oltre IVA;
- il ripristino della funzionalità della sonda riveste carattere di estrema urgenza, al fine di non interrompere il servizio, creare ulteriori liste di attesa e disagi per i pazienti ed al fine di assicurare il normale svolgimento dell'attività istituzionale dell'U.O. interessata.
- con nota prot. SIC 1412/U del 06.08.2010 il Servizio Ingegneria Clinica, vista l'impossibilità di acquistare una nuova sonda e data l'urgenza, ha espresso parere favorevole;

Rilevato che sussistono le condizioni di cui al D.lgs.n. 163/2006, art. 57 che consentono di incaricare la Ditta Pentax Italia s.r.l. dell'intervento richiesto;

Ritenuto, pertanto, di accettare il preventivo di spesa, così come trasmesso e, conseguentemente, di autorizzare la Ditta medesima ad effettuare l'intervento di manutenzione straordinaria di che trattasi;

Precisato che la spesa complessiva pari ad € 37.902,00 IVA inclusa trova disponibilità sul conto 010.110.00200 "Attrezzature sanitarie" del Bilancio 2010;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario.

## **DELIBERA**

per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di autorizzare la ditta Pentax Italia s.r.l. ad effettuare l'intervento di manutenzione straordinaria, con riparazione della sonda ecoendoscopica, mod. EG-3630UR (s/n F110643), necessario per il ripristino della funzionalità dell'Ecoendoscopio, mod. EPM 3500 ( s/n EA – 010704), in dotazione all'U.O. di Gastroenterologia dell'Istituto, alle condizioni di cui al preventivo n. 13955 del 08.06.2010 così come modificato con nota n. LCS/MA/rdb del 21.07.2010, per una spesa complessiva di € 31.585,00 oltre IVA;
- di imputare la spesa complessiva, pari ad € 37.902,00 IVA inclusa, sulla voce di costo cod. 010.110.00200 "Attrezzature sanitarie" del Bilancio dell'Ente 2010;
- di dare immediata esecutività al presente provvedimento che sarà affisso all'Albo dell'Istituto, pubblicato sul sito web ed inviato al Collegio Sindacale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del procedimento  
Il Collaboratore Amministrativo Professionale  
f.to: Carlo Rocco

IL DIRIGENTE  
AREA GESTIONE TECNICA E PATRIMONIO  
f.to: Ing. Giancarlo Salomone

---

Letto, approvato e sottoscritto:

f.to: IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
f.to: IL DIRETTORE SANITARIO  
f.to: IL DIRETTORE SCIENTIFICO  
f.to: IL SEGRETARIO

Avv. Luciano LOVECCHIO  
Dott. Giuseppe PASTORESSA  
Dott. Angelo PARADISO  
Dr.ssa Maria CARELLA

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n. \_\_\_\_\_ pagine e n. \_\_\_\_\_ fogli.

Il Segretario  
Dr.ssa Maria Carella

Bari, \_\_\_\_\_

---

**ANNOTAZIONI CONTABILI**

Il Dirigente

---

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"

**dal 10.08.2010 al in corso**

**Bari, 10.08.2010**

Il Responsabile del Procedimento  
f.to: Maria Carella