



**Deliberazione del Commissario Straordinario**

**n. 357 del registro**

---

**OGGETTO: Alienazione dell'apparecchio radiologico mod. Alfa 90 sx di marca CAT Medical Systems.**

---

L'anno **2011**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **LUGLIO** in Bari, nella sede dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", già Ospedale Oncologico,

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il D. Lgs. 16.10.2003 n. 288 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 270 del 23.06.2005;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1666 del 10.11.2006;

Vista la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Verifica n. 12 del 20.12.2010;

sulla base dell'istruttoria e su proposta dell'Area Gestione Tecnica, Informatica, Ingegneria Clinica e Sicurezza sui luoghi di lavoro

**HA ADOTTATO**

Il seguente provvedimento

Assiste con funzioni di Segretario l'Avv. Teresa Cutrone

Premesso:

- Che Questo Ente ha completato il trasferimento presso la nuova Sede di tutte le attrezzature con esclusione di una attrezzatura radiologica mod. Alfa 90 sx 16 di marca CAT Medical Sistem di proprietà dell'Istituto;
- che la suddetta apparecchiatura, al fine di evitare ulteriori costi di trasferimento, è stata offerta alla Società CBH proprietaria della vecchia Sede "Mater Dei";
- che la predetta Società ha comunicato di non essere interessata all'acquisto e che pertanto è necessario procedere alla rimozione della stessa;
- che il giorno 20 giugno 2011 presso l'Assessorato alle politiche della Salute si è provveduto in presenza delle parti e dell'Assessore alla Salute della Regione Puglia alla firma di apposito verbale di riconsegna dell'immobile "Mater Dei";
- che al punto n.4 di detto verbale di consegna questo Ente si è obbligato a trasferire le suddette attrezzature entro e non oltre 20 giorni dalla data di sottoscrizione;
- che al fine di quantificare i costi necessari per lo smontaggio, trasporto ed eventuale alienazione di detta attrezzatura questa Amministrazione ha richiesto, per le vie brevi, alla ditta Sis Med s.r.l. che ha curato presso la nuova Sede la fornitura e allestimento di apparecchiature similari e alla Ditta CAT costruttrice e fornitrice della suddetta apparecchiatura, la formulazione di apposita offerta;

Visto che le predette ditte hanno presentato i seguenti preventivi che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante:

**SIS MED**

Smontaggio e trasferimento	€ 8.700,00 + IVA
Acquisizione	€12.000,00 + IVA

“Tale valutazione, che può in una prima analisi apparire bassa per un impianto di acquisizione relativamente recente, trova motivazione dall’obsolescenza tecnica nel frattempo riversata su questa tipologia di apparecchio. Trattasi, infatti, di apparecchiatura digitalizzata solo con riferimento alla “scopia” e non anche alla “grafia”, che, per essere a sua volta digitale, ha bisogno di un sistema addizionale. Essendo, ormai affermate sul mercato apparecchiature “full digital”, in possesso cioè di un “flat panel dinamico” in grado di provvedere sia alla scopia che alla grafia, gli impianti del tipo di quello in Vs. possesso sono di difficile collocazione anche sul mercato del privato, e di conseguenza, hanno subito deprezzamenti al di là della loro età fisica”;

**CAT Medical Systems**

Smontaggio conservativo apparecchio	€ -10.000,00
Trasporto apparecchio deposito CAT	€ - 2.500,00
Stoccaggio apparecchio presso deposito	€ - 4.000,00
Valore residuo	€+25.000,00
Netto da riconoscere	€ 8.500,00

“Precisiamo che la CAT Medical Systems ha di recente introdotto sul mercato un nuovo prodotto analogo a quello in vostra dotazione ma di progettazione, realizzazione e design più avanzato. Per tale ragione, pur ribadendo l’interesse al ritiro della macchina, dobbiamo altresì segnalare che lo spazio commerciale per la vendita delle diagnostiche ALFA 90 è molto limitato dalla presenza del nuovo telecomandato Helios.

La valutazione della diagnostica dovrà quindi necessariamente tenere conto, oltre che dei costi di smontaggio e stoccaggio della macchina, di queste mutate condizioni commerciali e di mercato”;

Visto l’art. 57 comma 2 lettera C del d.lgs 163/2006;

**Ritenuto:**

- Che non risulta conveniente per questa Amministrazione conservare a deposito detta attrezzatura in quanto la nuova Sede è già dotata di nuove ed aggiornate attrezzature similari che assicurano totalmente il fabbisogno né vi sono ambienti disponibili dove poter installare la suddetta attrezzatura;
- che in considerazione di quanto sopra torna opportuno, quindi, smontare ed alienare le suddette attrezzature precisando che risulta oltremodo difficile attribuire una diversa valutazione atteso le considerazioni che entrambe le ditte hanno rappresentato e l’oggettiva svalutazione che la rapida evoluzione tecnologica ha determinato;

Ritenuto, altresì, di approvare il preventivo presentato dalla SIS MED che ha offerto per l’acquisizione € 12.000,00 oltre IVA;

Sentito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo e Sanitario;

**DELIBERA**

Per tutti i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- Di approvare il preventivo presentato dalla Ditta SIS MED per l’alienazione dell’apparecchiatura previo versamento a Questo Ente della somma di € 14.400,00 IVA inclusa precisando che le operazioni di ritiro, data l’urgenza, devono essere effettuate entro e non oltre 20 giorni dalla data di affidamento ;
- di dare mandato all’Economo di questo Ente di emettere la relativa fattura di vendita e di provvedere con successiva determina a tutte le operazioni di impegno, ammortamento e aggiornamento dell’inventario;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
f.to: Romano Tobia CARONE

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA  
f.to: Ing. Giancarlo SALOMONE

---

Letto, approvato e sottoscritto:

f.to: IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
f.to: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
f.to: IL DIRETTORE SCIENTIFICO  
f.to: IL SEGRETARIO

Avv. Luciano LOVECCHIO  
Dott. Francesco DE NICOLO  
Dott. Angelo PARADISO  
Avv. Teresa CUTRONE

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da n. \_\_\_\_\_ pagine e n. \_\_\_\_\_ fogli.

Il Segretario  
Avv. Teresa Cutrone

Bari, \_\_\_\_\_

---

### **ANNOTAZIONI CONTABILI**

Il Dirigente

---

### **ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II"

**dal 01.08.2011 al in corso**

**Bari, 01.08.2011**

Il Responsabile del Procedimento  
f.to: Francesco Lopopolo