



**AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO**  
**DETERMINAZIONE**

**Raccolta Particolare dell'Area Gestione del Patrimonio**  
Determinazione n. 23 del 19.06.2012

**Raccolta Generale delle Determinazioni**  
Determinazione n. 270 del 19.06.2012

**OGGETTO: Acquisizione n.1 Telecamera per fibroendoscopio STORZ per l'U.O.C. di Otorinolaringoiatria. Affidamento alla Ditta AMNEXT. CIG N.XA604C3CDA.**

L'anno duemila dodici il giorno diciannove  
nel mese di giugno nel proprio Ufficio,

Premesso che con nota prot.n.5853 dell'11.04.2012 il Dirigente dell'Area Gestione Tecnica, Ing. G. Salomone, ha trasmesso a questa Area le caratteristiche tecniche necessarie per l'acquisizione di n.1 Telecamera per fibroendoscopio, richiesta dal Direttore dell'U.O.C. di Otorinolaringoiatria Dott. L. Grammatica in sostituzione della telecamera STORZ rotta ed ormai inutilizzabile, compatibile con le ottiche rigide e/o flessibili in dotazione;

Visto che:

- con nota prot.n.7915 del 21.05.2012 questa Area ha provveduto a richiedere alla Ditta AMNEXT, concessionaria esclusivista per Puglia e Basilicata degli articoli Karl STORZ, una offerta tecnico-economica per la fornitura dell' apparecchiatura in parola, le cui caratteristiche sono di seguito analiticamente riportate:

**N.1 Telecamera per fibroendoscopio STORZ, così composta:**

**Unità di controllo con processore digitale di immagini integrato**, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

Elaborazione digitale delle immagini,

Filtro digitale anti-moirè e anti-grid per utilizzo flessibili;

Possibilità di scelta tra comando manuale o automatico dell'esposizione;

Risoluzione orizzontale di oltre 450 linee con bilanciamento automatico del bianco con funzione di memorizzazione;

Uscite analogiche video FBAS, S-VHS e RGB; uscita video digitale DV;

Fermo immagine integrato (still image);

Zoom elettronico 2x selezionabile in quattro passi

**Telecamera mono CCD**, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

Testa telecamera 1 CCD (1/2 chip) dotata di 2 tasti funzione programmabili per il controllo e la gestione delle funzioni della camera, di una video stampante o di un videoregistratore e di ulteriori unità periferiche;

Obiettivo con zoom parafoCALE integrato f =25-50mm;

Tastiera per comando funzioni telecamera ed inserimento dati come titolatrice;

idonea a collegare sistemi video flessibili (Storz – Olympus etc.) in combinazione con fonte luce mod.Halogen 250 Plus matr. DL1569 in dotazione.

- la Ditta AMNEXT ha formulato l'offerta tecnico-economica prot.n.V115 del 23.05.2012 per la fornitura di n.1 Telecamera 1CCD per fibroendoscopio STORZ – mod.TELECAM SL II – orig. Karl STORZ, per una spesa complessiva pari a € 10.901,70 oltre IVA, comprensiva dello sconto del 10% applicato sul prezzo di listino depositato presso la CCIAA;

Rilevato che:

- con nota prot.n.8547 del 31.05.2012 è stato chiesto al Dott. Grammatica di esprimere il parere di conformità in merito all'attrezzatura proposta dalla Ditta AMNEXT;
- il Dott. Grammatica ha espresso con nota del 31.05.2012 parere di conformità in ordine all'acquisizione della Telecamera STORZ, così come configurata nell'offerta della Ditta AMNEXT, in quanto "tutti i fibroendoscopi presenti non solo presso l'U.O.C. ORL, ma anche in Sala Operatoria, sono di marca STORZ" e che pertanto "in caso di rottura dell'unità di controllo o della testa della telecamera (elementi che compongono il fibroendoscopio), è possibile effettuare una sostituzione in emergenza"...omissis..."mentre non sarebbe possibile (a causa di connessioni differenti) in caso di acquisizione di n.1 Fibroendoscopio differente dalla Ditta STORZ";

Preso atto che:

- sulla scorta delle motivazioni innanzi citate, si è altresì provveduto a richiedere all'Ing. Salomone, con nota prot.n.8826 del 06.06.2012, il parere di competenza sulla applicabilità dell'art.57, comma 2 lettera b) del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;
- l'Ing. Salomone ha concordato sulla applicabilità dell'art.57, comma 2 lettera b) del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;

Visto l'art.125, comma 11 del D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di affidare alla Ditta AMNEXT, ai sensi dell'art.57, comma 2 lettera b) del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., la fornitura di n.1 Telecamera 1CCD per fibroendoscopio STORZ – mod.TELECAM SL II – orig. Karl STORZ, per una spesa complessiva pari a € 10.901,70 oltre IVA, comprensiva dello sconto del 10% applicato sul prezzo di listino depositato presso la CCIAA, ai prezzi e condizioni di cui alla succitata offerta prot.n. V115 del 23.05.2012;

#### D E T E R M I N A

Per tutti i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di procedere ad affidare, sulla scorta della richiesta del Direttore dell'U.O.C. di Otorinolaringoiatria Dott. L. Grammatica e del parere di competenza espresso dal Dirigente dell'Area Gestione Tecnica, Ing. G. Salomone, alla Ditta AMNEXT, concessionaria esclusivista per Puglia e Basilicata degli articoli Karl STORZ, la fornitura di n.1 Telecamera 1CCD per fibroendoscopio STORZ – mod.TELECAM SL II – orig. Karl STORZ, per una spesa complessiva pari a € 10.901,70 oltre IVA (comprensiva dello sconto del 10% applicato sul prezzo di listino depositato presso la CCIAA) ai prezzi e condizioni di cui all'offerta prot.n. V115 del 23.05.2012;
- 2) di precisare che ricorrono i presupposti tecnici per l'acquisizione dell'apparecchiatura in oggetto ai sensi dell'art.57, comma 2 lettera b) del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.;
- 3) di precisare, altresì, che la spesa complessiva pari a complessivi € 13.191,06 IVA inclusa, grava sul conto n.010.110.00200 epigrafato "Attrezzature sanitarie" del Bilancio 2012;
- 4) di dare immediata esecutività alla presente determinazione.

Il Responsabile del Procedimento  
Il Collaboratore Amministrativo Professionale  
f.to Dott. ssa Grazia Santospirito

Il Responsabile dell'Area Gestione  
Patrimonio  
f.to Dott. Raffaele Quarato

---

---

---

**ANNOTAZIONI CONTABILI**

**IL DIRIGENTE** \_\_\_\_\_

---

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo di questo Istituto per gg. 5 consecutivi dal 19.06.2012 al In corso

**19.06.2012**  
Bari, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Il responsabile del procedimento  
l'Assistente Amministrativo  
f.to Dr.ssa Maria Carella

---

---

**Per copia conforme.**

Bari, \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

---