



AREA GESTIONE TECNICA, PATRIMONIO, INFORMATICA, INGEGNERIA
CLINICA, SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

DETERMINAZIONE

Raccolta Particolare dell'Area Patrimonio

Raccolta Generale delle Determinazioni

Determinazione n. 28 del 16/10/2013

Determinazione n. 495 del 17.10.2013

OGGETTO: **Esito indagine di mercato telematica per la fornitura di *Bagno Termostatico* – CIG Z8F0B998D7.**

L'anno duemila

TREDICI

il giorno

SEDICI

nel mese di

OTTOBRE

nel proprio Ufficio,

IL DIRETTORE AREE

GESTIONE TECNICA, PATRIMONIO, INFORMATICA, INGEGNERIA CLINICA,
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ING. GIANCARLO SALOMONE

Premesso che:

- il Direttore dell'UOC di Anatomia Patologica, Istopatologia e Citodiagnostica – Dott. Gianni Simone, con nota interna prot. n. 104 del 7/8/2013 registrata al prot. dell'Ente al n. 14822 del 7/8/2013, ha richiesto la sostituzione del bagno termostatico (inventario n. 101547), in quanto giudicato irreparabile dall'Ufficio Tecnico;
- con nota interna prot. ANPC n. 107/2013 registrata al prot. dell'Ente al n. 14906 del 9/8/2013, ad integrazione della predetta nota, il Dott. Simone ha fornito le caratteristiche tecniche della strumentazione in oggetto.

Rilevato che quest'Area, ha provveduto a sperimentare una indagine di mercato (prot. dell'Ente n. 16986 del 24/9/2013), attraverso il Centro Acquisti per la Pubblica Amministrazione "Empulia" (registrazione procedura n. PIO24480-13 del 24/9/2013), invitando gli operatori economici iscritti all'Albo fornitori on-line nella specifica categoria merceologica, a formulare offerta per la fornitura dell'apparecchiatura in parola.

Dato atto che:

- alle ore 10:00 del giorno 8/10/2013, data di scadenza per la presentazione delle offerte, risultano pervenute n. 7 proposte da parte delle seguenti Ditte (*elenco in ordine di arrivo*): Bio-Optica Milano SpA, Forniture Laboratorio, Dako Italia, Puglia Medical Srl, Chemie di E. Carlucci & C. sas, Kaltek Srl, Pantamedical;
- alle ore 12:30 del giorno 8/10/2013, si è riunito il Seggio di Gara, che ha provveduto a stampare le offerte tecniche telematiche ed ha proseguito con la valutazione di conformità delle apparecchiature offerte, che in sintesi, di seguito si riportano:

Ditta	Valutazione	Motivazione
BIO-OPTICA	NON CONFORME	<i>-Non dichiarato il termostato supplementare di sicurezza. -Non indicato se la regolazione elettronica della temperatura è con termoregolatore digitale.</i>
FORNITURE LABORATORIO	CONFORME	
DAKO ITALIA	NON CONFORME	<i>Non rispetta parametro temperatura max.</i>
PUGLIA MEDICAL	NON CONFORME	<i>-Non rispetta parametro temperatura max. -Non rispetta potenza/resistenza riscaldante.</i>
CHEMIE	CONFORME	
KALTEK	CONFORME	
PANTAMEDICAL	NON CONFORME	<i>Non rispetta parametro temperatura max.</i>

Dato atto, altresì che, a seguito della valutazione, il Seggio di Gara ha provveduto alla stampa delle offerte economiche delle seguenti Ditte risultate conformi:

- 1) FORNITURE LABORATORIO: € 860,00 oltre IVA
- 2) CHEMIE: € 1.195,00 oltre IVA
- 3) KALTEK: € 1.349,00 oltre IVA

Visto l'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.;

DETERMINA

Per tutti i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di prendere atto delle risultanze rivenienti dall'indagine di mercato, espletata telematicamente attraverso il portale "Empulia", per la fornitura di " *Bagno Termostatico*";
- di prendere atto, altresì, delle valutazioni espresse dal Seggio di Gara;
- di affidare alla *Ditta Forniture Laboratorio*, l'affidamento della fornitura di n. 1 Bagno Termostatico al costo di € 860,00 oltre IVA, pari ad € 1.049,20 IVA inclusa al 22%, giusto protocollo telematico PIO25120-13 del 27/9/2013, registrato al prot. dell'Ente al n. 18272 del 9/10/2013;
- di precisare che la spesa complessiva di € 1.049,20 IVA inclusa trova capienza sul Bilancio di questo Istituto, per l'anno 2013, sul conto n. 010.110.00200 epigrafato "Attrezzature Sanitarie";
- di conferire al presente provvedimento la immediata esecutività.

L'Addetto all'istruttoria
f.to: Anna Lisco

Il Direttore
Area Gestione Tecnica e
Area Gestione Patrimonio
f.to: **Ing. Giancarlo Salomone**

ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo di questo Istituto per gg.5 consecutivi dal

17.10.2013

In corso

Bari, 17.10.2013

Il Responsabile del Procedimento
L'Assistente Amministrativo
f.to: Francesco Lopopolo

Per copia conforme.

Bari, _____
