



AREA GESTIONE TECNICO/ PATRIMONIALE

DETERMINAZIONE

<p>Raccolta Particolare dell' Area Gestione Tecnico/Patrimoniale</p> <p>Determinazione n. <u>85</u> del <u>19/05/2010</u></p>	<p>Raccolta Generale delle Determinazioni</p> <p>Determinazione n. <u>178</u> del <u>24.05.2010</u></p>
<p>OGGETTO: Esito indagine di mercato per la fornitura di n.1 Kit di "Inform SISH HER-2/CHR17 Dual Color" o equivalente.</p>	

L'anno **duemiladieci** il giorno **ventotto** nel mese di **aprile** nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE
AREA GESTIONE PATRIMONIO
Dott. Raffaele Quarato

Premesso che:

- con nota prot. ANPC 09/33 del 29/07/2009 il Dott. Gianni Simone, Direttore Inc. della U.O.C. di Anatomia e Istopatologia, ha richiesto l'acquisto di n.1 Kit Inform Sish HER-2/CHR17 Dual Color;

Considerato che questa Area:

- con nota prot n. 849 del 28/01/2010 ha proceduto ad esperire apposita indagine di mercato, a mezzo telefax, da aggiudicare ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. 163/06, invitando le seguenti ditte specializzate nel settore: A.Menarini Diagnostics Srl – Bio Optica Milano SpA – Dako Italia SpA – Roche Diagnostica SpA – Ventana Medical System SpA a proporre la migliore offerta in ordine alla fornitura in parola;
- con nota prot. n. 10.135/agp del 03/03/2010 ha trasmesso al Dott. Gianni Simone, le offerte pervenute dalle Ditte: Bio Optica Milano SpA – Dako Italia SpA – Roche Diagnostics SpA, per la conseguente valutazione tecnica ed economica dei prodotti offerti;

Vista la nota prot. ANPC 10/11 del 12/02/2010, che viene resa parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Dott. Simone ha attestato che:

1. tutti i prodotti offerti sono idonei per la determinazione dell'amplificazione di HER-2/neu;
2. i prodotti offerti di cui ai punti 1), 2) e 3) sono idonei per la determinazione della amplificazione di HER/Neu per uso clinico, di programmazione terapeutica di trattamento con trastuzumab mentre il prodotto di cui al punto 4) (Ditta Bio-Optica S.p.A., prodotto 2C HER2/CEN17 Zyto Dot CISH Probe Kit) prevede uso esclusivamente a fini di ricerca;
3. il SISH HER2 Dual Color (1), con marchio Ventana, offerto dalla Roche Diagnostics S.p.A. è l'unico ad essere sia idoneo che conforme alla richiesta,

Vista l'offerta n. 21055/10/CF del 29/01/2010, formulata dalla Ditta Roche Diagnostics S.p.A. che ha proposto n.1 Kit Sish HER2 Dual Color per un importo complessivo di € 16.020,00 oltre IVA, parti a € 19.224,00 IVA al 20% inclusa;

Visto il comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.ii.mm., che disciplina le acquisizioni di servizi e forniture inferiori a ventimila euro;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di prendere atto della nota prot. ANPC 10/11 del 12/02/2010, con la quale il Dott. Simone, nel valutare la conformità e l'idoneità delle offerte pervenute, relative all'indagine di mercato per la fornitura di n.1 Kit Di "Inform Sish HER-2/Chr17 Dual Color", avviata con nota telefax prot. n. 849 del 28/01/2010, ha dichiarato che la sola offerta conforme ed idonea risulta essere quella della Ditta Roche Diagnostics S.p.A.;
- di affidare alla Ditta Roche Diagnostics SpA la fornitura di n. 1 Kit "Inform SISH HER-2/CHR17 Dual Color" destinata alle U.O.C. di Anatomia e Istocitopatologia, per un importo complessivo di € 16.020,00 oltre IVA, pari a € 19.224,00 IVA al 20% inclusa;
- di precisare che la spesa complessiva di € 19.224,00 IVA inclusa trova capienza sul Bilancio dell'Ente per l'anno 2010 al conto n. 700.100.00040 alla voce epigrafata "Materiali diagnostici, lastre RX, carta per ECG, ecc.";
- di conferire al presente provvedimento la immediata esecutività.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO
f.to: Dott. Raffaele Quarato

ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" per 5 giorni consecutivi

dal 24.05.2010 al in corso

Bari, 24.05.2010

Il Responsabile del Procedimento
f.to: Francesco Lopopolo

per copia conforme

Bari, _____

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Lopopolo
