



AREA GESTIONE TECNICO/ PATRIMONIALE  
DETERMINAZIONE

<b>Raccolta Particolare dell' Area Gestione Tecnico/Patrimoniale</b> Determinazione n. <u>97</u> del <u>10/06/2010</u>	<b>Raccolta Generale delle Determinazioni</b> Determinazione n. <u>196</u> del <u>17.06.2010</u>
<b>OGGETTO:</b> Intervento in Repair-exchange su ottica 70° Hopkins II, mod. 8705 CKA, marca Storz, s/n 1305905, in dotazione all' U.O. di Otorinolaringoiatria dell'Istituto.	

L'anno **duemiladieci** il giorno **dieci** nel mese di **giugno** nel proprio Ufficio,

**IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE TECNICA**  
**Ing. Giancarlo Salomone**

**Premesso che**

- è in dotazione all'U.O. di O.R.L., tra le altre apparecchiature, n. 1 ottica rigida 70°, mod. 8705 CKA, s/n1305905, marca K. Storz;
- il Responsabile dell'Unità Operativa in parola, nel comunicare il malfunzionamento della stessa, ha evidenziato la necessità di procedere ad un rapido ripristino della funzionalità della apparecchiatura medesima;

**Visto che**

- questa Amministrazione, con nota prot. n. 5665 del 20.05.2010, ha invitato la ditta esclusivista AM-NEXT s.a.s.. ad effettuare l'intervento tecnico necessario per il ripristino dell'apparecchiatura;
- successivamente la medesima ditta, con nota in data 20.05.2010, ha trasmesso offerta n. R 115, proponendo il repair-exchange dell'ottica per un importo complessivo pari ad € 1.666,00 oltre IVA;

Preso atto che, con nota prot. SIC 1394/U del 04.06.2010, il Servizio Ingegneria Clinica ha espresso parere favorevole sia sotto il profilo tecnico, vista la criticità del dispositivo in oggetto, che della congruità e convenienza;

Ritenuto di accettare l'offerta così come trasmessa, in virtù anche dell'urgenza manifestata dal Responsabile dell'U.O. tesa ad evitare disagi ai pazienti e, conseguentemente, di autorizzare la Ditta medesima all'intervento richiesto;

Precisato che la spesa complessiva pari ad € 1.999,2 IVA inclusa trova disponibilità sul conto 010.110.00200 "Attrezzature-sanitarie" del Bilancio dell'Ente 2010;

**D E T E R M I N A**

- di autorizzare la ditta Am-Next s.a.s. ad effettuare il repair-exchange della ottica 70° Hopkins II, marca Storz, mod. 8705 CKA, s/n 1305905 in dotazione all' U.O. di O.R.L. dell'Istituto, alle condizioni di cui al preventivo n.° R 115 del 20.05.2010 per una spesa di € 1.666,00 oltre IVA;
- di imputare la spesa complessiva, pari ad € 1.999,2 IVA inclusa, sulla voce di costo cod. 010.110.00200 "Attrezzature-sanitarie" del Bilancio dell'Ente 2010;
- di trasmettere la presente determinazione all'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie, per quanto di competenza.

Il Responsabile del Procedimento L. 241/1990  
Collaboratore Amministrativo Professionale  
f.to: Carlo N. Rocco

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
GESTIONE TECNICO/PATRIMONIALE  
f.to: Ing. Giancarlo Salomone

---

### ANNOTAZIONI CONTABILI

IL DIRIGENTE

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata, ai fini dichiarativi, all'Albo dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" per 5 giorni consecutivi

dal 21.06.2010 al in corso

Bari, 21.06.2010

Il Responsabile del Procedimento  
f.to: Francesco Lopopolo

---

per copia conforme

Bari, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento  
Francesco Lopopolo

---